

말초산소포화도 측정과 심전도 모니터 적용 평가표							
성명 :	학번 :	평가자:	(인)	평가일 :			
수행항목					완전 수행	부분 수행	수행 안함
					2	1	0
1	물과 비누로 손위생을 실시한다.						
2	필요한 물품을 준비한다. 【필요물품】 Pulse oximeter, EKG monitor, 소독솜, electrode 3#, 손소독제, 간호기록지						
3	준비한 물품을 가지고 대상자에게 가서 간호사 자신을 소개한다.						
4	손소독제로 손위생을 실시한다.						
5*	①대상자의 이름과 등록번호를 개방형으로 질문하여 대상자를 확인하고, ②입원팔찌와 환자리스트(또는 처방지)를 대조하여 대상자(이름, 등록번호)를 확인한다.						
산소포화도 측정							
6	대상자에게 산소포화도 측정의 ①목적과 ②절차에 대해 설명한다.						
7	①산소포화도의 측정기계를 켜고. ②센서에 불이 들어오는지 확인한다. (추가) side rail을 내린다.						
8	①손톱상태를 확인한 후(매니큐어가 있는 경우 지운다) ②센서를(발광부가 손톱에 닿도록) 손가락에 부착하여 고정한다.						
9	주의사항을 대상자에게 설명한다. ①perfusion이 잘 되도록 팔을 많이 움직이지 말 것 ②강한 외부 빛이 감지기에 비치지 않도록 할 것 ③손가락이 아프거나 습기 차면 보고할 것						
10*	①산소포화도를 확인한 후 ②경고음을 설정하고(처방전에 제시된 산소포화도, 심박동수(HR)위험수준을 setting 알람설정) ③대상자에게 경고음이 울리면 간호사에게 알리도록 설명한다.						
11	측정 기계의 줄이 당기지 않도록 정리한다.						
심전도 측정							
12	심전도 모니터링의 ①목적 및 ②절차에 대해 설명하고 (추가) 커튼을 친다.						
13	①대상자의 가슴을 노출 시키고 ②전극 부착 위치의 피부 상태를 확인하여 ③땀이나 이물질이 있는 경우 소독솜으로 닦는다.						
14	전극을 준비한다. ①환자에게 붙일 전극(electrode)과 lead wires를 연결한다. ②전극 뒷부분의 비닐을 제거한다.						
15*	준비된 전극을 각각 정확한 위치에 부착하고 잘 고정되었는지 확인하다(이때 젤 패드는 누르지 않는다). ※ 위치 ①오른쪽 팔(RA) 전극: 오른쪽 쇄골 아래 ②왼쪽 팔(LA) 전극: 왼쪽 쇄골 아래 ③왼쪽 다리(LL) 전극: 왼쪽 5번째 늑간 중심 액와선						
16*	①심전도 lead II를 설정하고 ②리듬, 심박동수(HR)를 확인한 후 ③경고음(처방전에 제시된 기준에 따라 setting 알람설정)을 설정한다.						
17	(추가) 대상자 옷을 정리하며 대상자에게 경고음이 울리면 간호사가 확인할 것이라고 설명한다.						
18	사용한 물품을 정리한다. (추가) side rail 올리고 커튼을 제거한 후 (추가) 절차가 끝났음을 간단히 설명하고 가볍게 인사하며 손소독제로 손위생을 실시한다.						
19	① station으로 와서 물품을 정리하고 ② 물과 비누로 손 위생을 실시한다.						
20	수행 결과를 대상자의 간호기록지에 기록한다. ① 산소포화도 ② 심박동수(HR) ③ EKG 결과						
총 점 (70%이상: 28점 이상)					/40		

핵심기본간호술 평가표

과목	핵심간호역량	학년	4학년
핵심술기	말초산소포화도 측정과 심전도 모니터 적용	날짜	2020년 월 일
평가수준	Level 3	학번	
평가자		이름	

평가 영역	평가 항목	세부항목		점수		
기술	술기 (60점)	술기점수 반영 술기(*) 미시행시 재시	60점			
지식	문제 해결 능력 (20점)			5	4	3
		간호상황에 적합한 핵심기본간호술을 선택하여 수행한다	5점			
		대상자의 변화상황에 맞추어 적절하게 대처한다	5점			
		대상자의 반응과 상태를 평가하여 정확하게 기록한다	5점			
		술기와 관련된 지식에 대해 적절하게 대답한다	5점			
태도	의사 소통 (10점)			5	4	3
		대상자의 질문을 경청하고, 공감하는 태도로 수행한다	5점			
		매 처치 시 이해하기 쉽게 설명한다	5점			
	시간 소요 (10점)			10	8	5
		정해진 시간내 술기를 수행한다	10점			
		정해진 수행시간보다 2분을 초과한다	8점			
		정해진 수행시간보다 10분을 초과한다 =>평가 종료	5점			
100점	총 점					

※ 성적평가기준

-Pass : 총 70점 이상 □ / -Fail : 총 70점 미만 (재시 □)